

Pycnomètre non étalonné selon Gay-Lussac



Pycnomètre non étalonné selon Gay-Lussac
Pycnomètre Gay-Lussac conforme à la norme DIN ISO 3507 et comprenant, en plus du bouchon standard non calibré NS 10/19 avec capillaire, extrémité supérieure du bouchon meulée et polie, volume nominal gravé sur la base, matériau: verre borosilicaté 3.3

Volume nominal (cm ³)	DIN ISO	PU (pièces)	N° d'article
5	-	1	5 6300 10
10	3507	1	5 6300 13
25	3507	1	5 6300 22
50	3507	1	5 6300 28
100	-	1	5 6300 37