Heiß-Extraktionsapparate nach Knöfler-Böhm



Heiß-Extraktionsapparate nach Knöfler-Böhm

Das Kondensat fließt durch das Extraktionsgut und läuft kontinuierlich in den Kolben zurück, ohne dass eine Unterbrechung der Extraktion eintritt, d.h. das Extraktionsmittel befindet sich im ständigen Kreislauf.

Die kompletten Apparate bestehen aus:
Heißextraktionsaufsatz
hergestellt aus DURAN®-Rohr,
Dimroth-Kühler
mit Gewinde GL 14,
hergestellt aus DURAN®-Rohr,
Rundkolben
Material: DURAN®

Extraktor (ml)	Kühler (NS)	Kolben	VPE (Stück)	Art.-Nr.
30	29/32	100	1	5 3750 25
150	45/40	250	1	5 3750 43
250	45/40	500	1	5 3750 49
500	60/46	1000	1	5 3750 58

Generated on 2026-11-18