

## Sedimentiergefäß nach Imhoff, mit Hahn



Sedimentiergefäß nach Imhoff, mit Hahn

Sedimentiergefäß nach DIN 12672,

Skala: bis 100 ml,

Ringmarke: bei 1000 ml,

Teilung: 0,1 ml (0-2 ml), 0,5 ml (2-10 ml),

1 ml (10-40 ml), 2 ml (20-100 ml),

Material: Borosilikatglas 3.3

VPE (Stück)	Art.-Nr.
1	5 6700 05